

REPUBLIC OF LEBANON

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

THE DIRECTOR GENERAL



الجمهوريّة اللبنانيّة  
وزارة الصحّة العامة  
المديّر العام

٣٨٦٥٠  
رقم المحفوظات:  
٢٠١٢/٤/١٤٦١٩: رقم الصادر:  
بيروت، في: ٨ - آب - ٢٠١٢

## جانب نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان

الموضوع: إشعار بمتابعة جهاز طبي مغروس.

### الجهاز المعنى بمتابعة:

- Joint prosthesis, shoulder prosthesis, PyroTITAN Humeral Resurfacing Arthroplasty (CHRA) size 47x20 (or 47/20)  
Trade Mark: Integra LifeSciences Orthopaedic  
Local Representative: Asmar Medical

بناء على التقارير الصادرة عن الوكالة البريطانيّة

Medicine and Health Care Products Regulatory Agency (UK) MHRA

والتوصية الصادرة عن الشركة المصنعة والتي تفيد بوجود مشاكل في عمل مفصل الكتف الإصطناعي الوارد أعلاه، نطلب منكم متابعة هذا الموضوع مع الأطباء الاختصاصيين والعمل بموجب التوصيات الصادرة عن الشركة المصنعة والمتابعة مع الشركة الموردة لاتخاذ الاجراء المناسب.

نرجو تعميم هذه النشرة على المستشفيات المعنية والعمل بموجب التوصيات الصادرة عن الشركة المصنعة والمتابعة مع الشركة الموردة لاتخاذ الاجراء المناسب.

### مرفق ربطاً:

- التوصية الصادرة عن الشركة المصنعة.

### بيان:

دائرة البرامج والمشاريع  
المحفوظات

مدير عام الصحة

د. وليد عمار

وثيقة مصدقة للأصل  
٢٠١٢ آب ٩  
دبيس نصر امانة السر  
عنابة غضبان



